

تنويه

- ١- تمديد غلق المناقصة المرقمة lab/2023/3 لمدة سبعة أيام ليكون بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩
٢- توضيح المواصفات الفنية الخاصة بمواد المناقصة انفا وكما مبين في ادناه :

مواصفات عدة تشخيص HIV

HIV Ag/Ab	نوع الفحص
ELISA/Chemiluminescence	التقنية المستخدمة
الجيل الرابع	جيل العدة التشخيصية
الاجسام المضادة ل : HIV -1 HIV-2 مستضد P24	Target
HIV-1 group M(subtypes B and C) HIV-1 group O HIV-2 groups A and D	Able to diagnose
100%	حساسية العدة
لا تقل عن 99%	خصوصية العدة
ان استخدام المعلومات المذكورة بالاضافة الى كون العدة من الجيل الرابع يعمل على تقليل مدة التشخيص تقدر ب ١٨ يوم مقارنة ب ٤٤ يوم	مدة النافذة

مواصفات عدة تشخيص HCV

HCV Ag/Ab HCV Ab	نوع الفحص
ELISA/Chemiluminescence	التقنية المستخدمة
الجيل الرابع في حالة كونه HCV Ab	جيل العدة التشخيصية
HCV –core Ag Anti – core Ab Anti – NS3 Ab Anti – NS4 Ab Anti – NS5 Ab	Target
HCV Genotypes 1 including (1a ,1b) HCV Genotypes 4 including subtypes (4a ,4c , 4d , 4e , 4k)	Able to diagnose
100%	حساسية العدة
لا تقل عن 99%	خصوصية العدة
يجب ان تكون العدة قادرة على تشخيص السلالات الطافرة	الملاحظات

مواصفات عدة تشخيص HBS

HBS Ag/Ab HB-coer total Ab	نوع الفحص
ELISA/Chemiluminescence	التقنية المستخدمة
الجيل الرابع	جيل العدة التشخيصية
Hbs Ag/ Ab HBe Ag	Target
HBV genotypes B,C,D,G And subtypes adw, adr , ayw and ayr	Able to diagnose
100%	حساسية العدة
لا تقل عن 99%	خصوصية العدة
يجب ان تكون العدة قادرة على تشخيص السلالات الطافرة	الملاحظات

مواصفات عدة تشخيص HBc

HB-coer total Ab	نوع الفحص
ELISA/Chemiluminescence	التقنية المستخدمة
	جيل العدة التشخيصية
HB- core protein	Target
HBc IgM/IgG	Able to diagnose
100%	حساسية العدة
لا تقل عن 99%	خصوصية العدة
يجب ان تكون العدة قادرة على تشخيص السلالات الطافرة	الملاحظات